



Дом здравља Суботица
Dom zdravlja Subotica
Szabadkai Egészségház

adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica
Odsek za javne nabavke
telefon: +381 24 645-513
fax: +381 24 645-515
e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com
PIB: 105303985
matični broj: 08881294
račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor

Датум: 09.11.2018.
Број: **01-5085/14-18-9**
Суботица

На основу члана 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавне набавке у предмету ЈН ОП 14/18 - санитарски медицински материјал 3, на захтев заинтересованог лица упућеног мејлом 08.11.2018. године за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде или указивањем наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, у законском року, на свом сајту и Порталу јавних набавки објављује:

ПИТАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА И ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА

Питање заинтересованог лица бр.1:

Партија 7

Дезинфекционо средство за хигијенску и хирушку дезинфекцију руку на бази етанола 70% и фенол деривата са додацима за негу коже, биоцидни производи

Да ли средство треба да садржи 2-пропанол 63,14 грама?

Одговор Комисије бр.1:

Средство **НЕ ТРЕБА** да садржи 2-пропанол 63,14 грама.

Питање заинтересованог лица бр.2:

Течни лосион за прање руку пре употребе алкохолног препарата са фенокси етанолом, биоцидни производ

Да ли средство у 100г треба да садржи 0,3 гр polyhexametilenbiguanid?

Одговор Комисије бр.2:

Средство **НЕ ТРЕБА** да садржи 0,3 гр polyhexametilenbiguanid у 100 г.

Питање заинтересованог лица бр.3:

Да ли :

"Систем за инфузију са чврстим,зашиљеним врхом који улази у боцу за инфузију,еластичном пумпајућом комором са провидним цревом дужине 175-180 цм, на коме се налази ручни регулатор брзине протока течности са точкићем и ињекционим портом и иглом од 21Г "

треба да буде следећих карактеристика:

да садржи и Y конекцију која је само додаток на инфузионом систему, која не омета Наручиоца или корисника приликом давања инфузије већ представља само предност.

Додатак Y конектор који се користи приликом администрације лека само по потреби може а и не мора да се користи приликом давања инфузије.

Одговор Комисије бр.3:

Систем за инфузију не мора да садржи Y конекцију.

Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 14/18

Рожа Гутвеин, мр фармације
Слободанка Радуловић, дипл. правница
Мира Тиквицки, економиста
Мелинда Тот Демек, струковна медицинска сестра
Љиљана Миљачки, прим. др сци.мед-спец-О.М.
Хедвига Лајко, медицинска сестра
Маја Живановић, мастер економиста

Објављено:

-Порталу ЈН
-сајту Дома здравља