



**Дом здравља Суботица**  
**Dom zdravlja Subotica**  
**Szabadkai Egészségház**

**adresa:** Petefi Šandora 7, 24000 Subotica  
Odsek za javne nabavke  
**telefon:** +381 24 645-513  
**fax:** +381 24 645-515  
**e-mail:** dzsunabavkaopreme@gmail.com  
**PIB:** 105303985  
**matični broj:** 08881294  
**račun:** 840-766667-94 kod Uprave za trezor

Датум: 24.09.2018.  
Број: **01-4278/10-18-12**  
Суботица

На основу чл. 63. став 3. ЗЈН („Сл. гласник РС” 124/2012,14/2015 И 68/2015), Комисија за ЈН припремила је:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ , ПОЈАШЊЕНА И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ за ЈН добара у поступу ЈНОП 10-18 САНИТЕТСКИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 2**

**Питање заинтересованог лица бр.1:**

Наручилац је на страни 21. конкурсне документације, за добра из партије 3: „Игле“, навео следеће: „Паковање: Најмање паковање игала треба да буде у боји одговарајућој конектору игле-кодирана у бојама у складу са ИСО 6009/1992.

Напомињемо да Наручилац нема права да одређује такву врсту техничких карактеристика и да диктира дизајн амбалаже понуђачима. Јер сваки понуђач има одобрење од стране Агенције за лекове и мед.средства за своју амбалажу и каталог који ће користити.Наиме у свакој амбалажи се налази величина и боја игле коју је Наручилац захтевао конкурсном документацијом и достављањем узорака и увидом у исти Наручилац ће бити сигуран да утврди да ли је добио добро које је захтевао конкурсном документацијом.Боја дизајн и изглед саме амбалаже нема никакв утицај на сврсисходност производа нити утицај позитиван или негативан на исти.Вама су потребне игле одређеног материјала и квалитета и да у једном паковању буде 100 комада.Квалитет можете утврдити на основу достављених стандарда каталога и узорака.На свакој нашој амбалажи пише који производ, које димензије и количина игала се налази у кутији (заједно са осталим информацијама битне за кориснике добра) тако да не постоји могућност забуне приликом коришћења.Сматрамо да је захтев да боја амбалаже одговара боји игала неоправдан и да озбиљно ограничава конкуренцију и нарушава начело једнакости међу понуђачима.Молимо Вас да промените конкурсну документацију и да тај захтев изузмете из конкурсне документације.

**Одговор Комисије бр.1:**

Комисија уважава примедбу заинтересованог лица, и врши измену Конкурсне документације.

Комисија доноси одлуку да измени Конкурсну документацију у делу Образац понуде и структура цене за партију бр. 3, тако што уместо текста:

Р Бр	НАЗИВ ДОБРА	ЈЕДИНИЦ А МЕРЕ	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ	Укупно		СТОПА ПДВ	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ	УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ	ПРОИЗВОЂАЧ
			ДИН	КОЛИЧИНА	ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ				
1	Игла за једнократну употребу, димензија 0,45x12 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Најмање паковање игала треба да буде у боји одговарајућој конектору игле-кодирана у бојама у складу са ИСО 6009/1992. Доставити узорак ( најмање паковање 100 ком). Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида.	комад		12.000					
2	Игла за једнократну употребу, димензија 0,5x16 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Најмање паковање игала треба да буде у боји одговарајућој конектору игле-кодирана у бојама у складу са ИСО 6009/1992. Доставити узорак ( најмање паковање 100 ком). Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида.	комад		5.000					
3	Игла за једнократну употребу, димензија 0,5x25 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Најмање паковање игала треба да буде у боји одговарајућој конектору игле-кодирана у бојама у складу са ИСО 6009/1992. Доставити узорак ( најмање паковање 100 ком). Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида.	комад		3.000					
4	Игла за једнократну употребу, димензија 0,6x30 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Најмање паковање игала треба да буде у боји одговарајућој конектору игле-кодирана у бојама у складу са ИСО 6009/1992. Доставити узорак ( најмање паковање 100 ком). Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида.	комад		10.000					

5	Игла за једнократну употребу, димензија 0,7x40 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Најмање паковање игала треба да буде у боји одговарајућој конектору игле-кодирана у бојама у складу са ИСО 6009/1992. Доставити узорак ( најмање паковање 100 ком). Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида.	комад		500					
6	Игла за једнократну употребу, димензија 0,8x40 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Најмање паковање игала треба да буде у боји одговарајућој конектору игле-кодирана у бојама у складу са ИСО 6009/1992. Доставити узорак ( најмање паковање 100 ком). Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида.	комад		50.000					
7	Игла за једнократну употребу, димензија 0,9x40 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Најмање паковање игала треба да буде у боји одговарајућој конектору игле-кодирана у бојама у складу са ИСО 6009/1992. Доставити узорак ( најмање паковање 100 ком). Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида.	комад		30.000					
8	Игла за једнократну употребу, димензија 1,2x40 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Најмање паковање игала треба да буде у боји одговарајућој конектору игле-кодирана у бојама у складу са ИСО 6009/1992. Доставити узорак ( најмање паковање 100 ком). Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида.	комад		6.000					
<b>УКУПНО:</b>									

Уписује следећи текст:

Р Бр	НАЗИВ ДОБРА	ЈЕДИНИЦ А МЕРЕ	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ	Укупно		СТОПА ПДВ	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ	УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ	ПРОИЗВОЂАЧ
			ДИН	КОЛИЧИНА	ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ				
1	Игла за једнократну употребу, димензија 0,45x12 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Доставити узорак. Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида. паковање 100 ком.	комад		12.000					
2	Игла за једнократну употребу, димензија 0,5x16 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Доставити узорак. Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида. паковање 100 ком.	комад		5.000					
3	Игла за једнократну употребу, димензија 0,5x25 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Доставити узорак. Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида. паковање 100 ком.	комад		3.000					
4	Игла за једнократну употребу, димензија 0,6x30 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Доставити узорак. Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида. паковање 100 ком.	комад		10.000					
5	Игла за једнократну употребу, димензија 0,7x40 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Доставити узорак. Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида. паковање 100 ком.	комад		500					
6	Игла за једнократну употребу, димензија 0,8x40 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека.	комад		50.000					

	Доставити узорак. Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида. паковање 100 ком.								
7	Игла за једнократну употребу, димензија 0,9x40 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Доставити узорак. Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида. паковање 100 ком.	комад		30.000					
8	Игла за једнократну употребу, димензија 1,2x40 мм, направљена од нерђајућег челика СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. Доставити узорак. Доставити сертификат анализе са назначеном дебелином зида. паковање 100 ком.	комад		6.000					
<b>УКУПНО:</b>									

Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 10/18

Рожа Гутвеин, мр фармације  
Слободанка Радуловић, дипл. правница  
Мира Тиквицки, економиста  
Мелинда Тот Демек, струковна медицинска сестра  
Љиљана Миљачки, прим. др сци.мед-спец-О.М.  
Хедвига Лајко, медицинска сестра  
Маја Живановић, мастер економиста

**Објављено:**

-Порталу ЈН  
-сајту Дома здравља