



Дом здравља Суботица
Dom zdravlja Subotica
Szabadkai Egészségház

adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica
Odsek za javne nabavke
telefon: +381 24 645-513
fax: +381 24 645-515
e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com
PIB: 105303985
matični broj: 08881294
račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor

Датум: 22.07.2019.

Број: **01-3224/21-19-6**

Суботица

На основу чл. 63. став 3. ЗЈН („Сл. гласник РС” 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за ЈН припремила је:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕНА И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ за ЈН добара у поступу **ЈНМВ 21/19 Медицинска опрема**

Питање заинтересованог лица бр. 1:

У техничкој спецификацији захтеван је: "Мултифункционални дигитални ПИД-микропроцесорски контролер са ТФТ колор дисплејем", да ли ће Наручилац прихватити да се понуди стерилизатор са дигиталним дисплејем на коме се виде сви задати параметри који контролисе ПИД-микропроцесорски контролер и самим тим не утиче на квалитет самог процеса стерилизације и не умањује техничке карактеристике стерилизатора?

Одговор Комисије бр.1:

Комисија остаје при конкурсној документацији. Тражен је дисплеј у боји због боље видљивости параметара који се читавају.

Питање заинтересованог лица бр. 2:

У техничкој спецификацији захтевана је: " Snaga min 1600 W" и " Запремина:мин 28 l" стерилизатора, да ли ће Наручилац прихватити мању снагу стерилизатора, а исте перформансе? Образложење: стерилизатори запремине од 28 l користе од 500-900 W снаге, а тражена снага од 1600 W је за много веће стерилизаторе него што је тражено техничком спецификацијом.

Одговор Комисије бр. 2:

Комисија остаје при конкурсној документацији. Тражена је већа снага због бржег постизања температуре потребне за стерилизацију, а самим тим скраћења трајања циклуса.

Питање заинтересованог лица бр. 3:

У техничкој спецификацији захтевана је: Двострука заштита од прегревања по DIN 12880, да ли ће Наручилац прихватити да се понуди стерилизатор који испуњава све Европске стандарде везане за стерилизатор, јер је Наручилац тражио DIN standard, а DIN standard је Немачки стандард (DIN-Norm) истоименог института Deutsches Institut fur Normung који прописује стандарде у Немачкој. Сматрамо да је овакав захтев дискриминујући и да фаворизује једног понудача.

Одговор Комисије бр. 3:

Прихватљива је свака понуда која суштински на једнак начин испуњава услове из спецификације и траженог стандарда.

Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 21/19

Давор Рабреновић, дипл. економиста, електро инг.
Рудолф Лањи
Мира Тиквицки, економиста
Мелинда Тот Демек, струковна медицинска сестра
Слободанка Радуловић, дипл. правница
Маја Живановић, службеник за јавне набавке

Објављено:

-Порталу ЈН

-сајту Дома здравља